

質 疑 回 答 書

件 名 : アナログシグナルジェネレータ 一式の購入

沖縄科学技術大学院大学学園
調達セクション

質疑事項	回答
<p>仕様書2. Test and Inspectionについて</p> <p>内容としましては、 『納品後、学校職員が製品のテストをします。 ベンダーは本仕様書の項目を満たさなければなりません。 ベンダーはテスト項目やテストの方法について学校職員の 同意を得ること。』だと思いますが、 ベンダーは納品時に御校で本仕様書を満たしているかテスト をする必要があるという事でしょうか。 通常はカタログでスペックを保証し、出荷時に検査をして校正 証明書(データは記載無し)を添付させて頂いておりますの で、これに替えて頂く事は出来ませんでしょうか。仕様を満た す事を御校で証明する必要がある場合には、通常の弊社内 で校正をする為の機材を全て持込み、専任のエンジニアを派 遣しなければ証明出来ません。もしこのような作業が必要な 場合には、その費用もお見積りし、金額に含める必要がござ います。</p>	<p>出荷時に検査をして校正証明書を添付いただく方法で問題ご ざいませぬ。(専任エンジニアの派遣は必要ございません)</p>
<p>仕様書1. General (3) Specificatrions and Perfomancesにつ いて</p> <p>E8257D-1EU High output powerのところですが、+22(+23) for frequencies >3.2GHzと記載がございませぬが、こちらの+22(+23) は、>3.2GHz to 10GHzで、>10GHz to 20GHzは+21(+23)でよろ しいでしょうか？</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
<p>仕様書1. General (3) Specificatrions and Perfomancesにつ いて</p> <p>E8257D-1SM Scan modulation のAmplitude modulatio depth > 60dBの仕様は、条件として、Modulation depths greater than 40dB require an external input greater than +-1V, and are not available with the internal modulation source.という事 でよろしいでしょうか？</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
	<p>(以上)</p>