

## 質 疑 回 答 書

件 名 : 蛍光実体顕微鏡 一式の購入

沖縄科学技術大学院大学学園  
調達セクション

質疑事項	回答
仕様書には、「4-3-2 有効画素数は1625万画素、記録画素数は最大4908x3264ピクセル」 との記載がございますが、1250万画素の製品(ライカ製顕微鏡DFC550)でも入札参加可能でしょうか。	1250万画素の製品でも許容範囲ですが、デジタルイメージング用カメラには、撮像素子が冷却方式によるモノクロCMOSセンサーを装備していることが必須であるため、CCD方式のカメラでは応札不可です。
	(以上)